


台北海洋技術學院採購規格表

標的名稱	電阻式穀類水分計		
數 量	1 台		
規 格 說 明			
平均測量準確性$\pm 0.5\%$，數字讀出與 0.1% 的分辨率，顯示連續 3 次測量的平均值，咖啡豆溫度顯示，可偵測熟豆水份(水份大於 1% 以上時)。含 2 年以上保固。			
請購單位人員	日期	請購單位主管	日期
 105.06.03	105.06.03		105.06.03

台北海洋技術學院採購規格表

標的名稱	PH 值計		
數 量	1 台		
規 格 說 明			
PH 值測量範圍：0 to 14，MV 值測量範圍：-500 mV to +500 mV，溫度測量範圍：-30℃ to 130℃，溫差調整範圍：0℃ to 120℃，PH 解析度：0.01PH，PH 測量準確度：±0.05pH，有效溫度：1℃ to 90℃，溫度解析度：0.1℃，溫度測量準確度：1℃，含 TDS 分析器 範圍：0-9990ppm (mg/L)。含 2 年以上保固。			
請購單位人員	日期	請購單位主管	日期
蔣志聖	105.06.03	徐軍宏	105.06.03

台北海洋技術學院採購規格表

標的名稱	咖啡烘焙測試儀		
數 量	1 台		
規 格 說 明			
近紅外線(NIR)焦糖化測定，可快捷鍵量測，至少可記錄 100 組測量結果，可顯示 SCAA 焙度及一般焙度名稱，自我校正，使用中可同時充電。含 2 年以上保固。			
請購單位人員	日期	請購單位主管	日期
高志聖	105.06.03	徐華品	105.06.03

台北海洋技術學院採購規格表

標的名稱	咖啡品質濃度檢測儀		
數 量	1 台		
規 格 說 明			
咖啡測量精準度$\pm 0.03\%$；濃縮液測量為$\pm 0.05\%$。自動平均各項測量結果並於 2 至 3 秒內顯示。含 2 年以上保固。			
請購單位人員	日期	請購單位主管	日期
蔣子聖	105.06.03	徐軍市	105.06.03